

# DC Tray-Adhesive

DC Dental Central Großhandelges. mbH • Carl-Zeiss-Straße 2 • D-22946 Trittau • Germany • www.dental-central.de

## D Gebrauchsinformation

*DC Tray-Adhesive* ist ein Löffeladhäsiv für den Einsatz bei Abformungen mit Löffeln aus Metall und Kunststoff.

### Indikation

*DC Tray-Adhesive* sollte bei Abformlöffeln ohne oder mit nur geringen Retentionsbereichen eingesetzt werden. Es bietet eine sichere Haftung additionsvernetzender Silikone an Metall- und Kunststofflöffeln. Beim Einsatz von Kunststofflöffeln sollte überprüft werden, ob eine Unverträglichkeit des Abformlöffels mit dem Adhäsiv vorliegt.

### Empfohlene Anwendung

1. Der Abformlöffel muss sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Innenseite des Löffels mit *DC Tray-Adhesive* einpinseln, so dass ein gleichmäßiger, dünner Film entsteht.
3. Adhäsiv für eine gute Anbindung an den Löffel 3 Minuten einwirken lassen.
4. Abformmasse innerhalb von 30 Minuten in den vorbereiteten Löffel geben, damit das Adhäsiv seine vollständige Haftkraft entwickelt.

### Bitte beachten

- Leicht entzündlich
- Nicht einatmen
- Nicht verschlucken
- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden
- Hautkontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser und Seife waschen.
- Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

### Gegenanzeigen

Der Einsatz von *DC Tray-Adhesive* ist bei bekannter Allergie gegen einen der Bestandteile kontraindiziert.

### Nebenwirkungen

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. In Einzelfällen ist eine Hypersensibilität oder Kontaktallergie gegen Komponenten des Materials nicht auszuschließen.

### Zusammensetzung

Silikonharz, Lösungsmittel (flüchtige Paraffine).

### Lagerung

Bei Raumtemperatur ( $\leq 25$  °C /  $\leq 77$  °F) lagern. Flaschen nach Gebrauch sofort sorgfältig schließen, um sowohl eine Verunreinigung als auch ein Verdunsten des Lösungsmittels zu vermeiden. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

### Handelsformen

*DC Tray-Adhesive*

REF 701320 1 Flasche à 10 ml

**Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**  
**Nur für den zahnärztlichen Gebrauch!**

## GB Instructions for use

*DC Tray adhesive* is a tray adhesive for use when taking impressions using metal and plastic trays.

### Indication

*DC Tray adhesive* should be used with impression trays that have no or only minimal retention. The tray adhesive provides reliable retention of addition-cured silicone to metal and plastic trays. When using plastic trays, ensure that the impression tray is compatible with the adhesive.

### Recommended use

1. The impression tray must be clean, grease free and dry.
2. Brush the inside of the tray with *DC Tray adhesive* so that there is a uniform, thin film.
3. Allow the adhesive to react for 3 minutes to ensure a good bond to the tray.
4. Load impression material into the tray within 30 minutes so that the adhesive produces its full bond strength.

### Please note

- Flammable
- Do not inhale
- Do not swallow
- Avoid contact with the skin and eyes
- Avoid liquid coming into contact with the skin. If there is accidental contact, wash with soap and water. If there is contact with the eyes, rinse immediately with plenty of water and consult a doctor.

### Contraindications

The application of *DC Tray adhesive* is contraindicated when allergies against any components are known.

### Side effects

Side effects are not known to date. In singular cases, hypersensitivity or contact allergy to components of the material cannot be excluded.

### Composition

Silicone resin, solvent (volatile paraffin).

### Storage

Store at normal room temperature ( $\leq 25$  °C /  $\leq 77$  °F). Please close bottle immediately after use to prevent contamination as well as volatilization of the solvent. Do not use after date of expiry.

### Available product sizes

*DC Tray adhesive*

REF 701320 1 bottle à 10 ml

**Keep away from children! For dental use only!**